

● THUNDERBIRD® SYBR® qPCR Mix的使用条件 [Illumina Eco-RealTime PCR System]

(1) 反应液的配置

下面是按20μl体系进行反应的例子。

试剂	20μl反应	最终浓度
无菌水	X μl	
THUNDERBIRD® SYBR® qPCR Mix	10 μl	1x
Forward Primer	6 pmol	0.3 μM*1
Reverse Primer	6 pmol	0.3 μM*1
DNA溶液	Y μl	
总体积	20 μl	

*1: 在扩增效率不高的情况下增加引物浓度, 或者在发生非特异性扩增的情况下(用低浓度模板进行反应时, 扩增曲线的起峰较差)降低引物浓度, 反应结果可能会改善。引物终浓度的参考值为0.2~0.6 μM。

(2) PCR循环条件设置

步骤	温度	时间	升降速率
预变性	95° C	60秒	最大
PCR 变性	95° C	15秒	最大
(40 cycles) 延伸	60° C*2	60秒	最大
(Data Collection请设定在延伸步骤)			
溶解曲线分析(Melting / Dissociation Curve Analysis)			

*2: 扩增效率不高的情况下, 可降低温度, 发生非特异性反应(用低浓度模板进行反应时, 扩增曲线的起峰较差)时, 可提高温度, 由此可改善反应结果。温度范围参考值为56~64° C。

东洋纺(上海)生物科技有限公司

上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场28楼AL单元

邮编: 200122

交货期限 • 订货相关咨询

Tel:021-5879-4900 Fax:021-5879-4901

E-Mail: sales@bio-toyobo.cn

产品内容 • 技术相关咨询

Tel:021-5879-4142 Fax:021-5879-5259



E-Mail: tech@bio-toyobo.cn

<http://www.bio-toyobo.cn>